

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 205/19.07.2012г. и ID 9004176 в Портала на обществени поръчки**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**I. Общо описание на апаратурата предвидена за доставка :**

**РЕНТГЕНОВ АПАРАТ – ГРАФИЧЕН ПОСТ - нов, неупотребяван, не рециклиран.** Рентгеновият апарат да бъде конфигуриран с буки маса, подвижна колона с рентгенова тръба и вертикален статив. Цялостната система трябва да бъде разрешена за употреба на територията на Република България, по реда на Закона за медицинските изделия, да отговаря на изискванията на всички приложими нормативни актове и медицински стандарти, да притежава CE-маркировка и всички други необходими обозначения, съгласно действащото в страната законодателство.

**II. Задължителни минимални технически параметри:**

**РЕНТГЕНОВ АПАРАТ – ГРАФИЧЕН ПОСТ**

1. Вид на апарата – нов, стационарен;
2. Произход на апарата – САЩ или Европа.
3. Генератор с честота минимум 100 kHz и мощност минимум 30 kW;
4. Работни kV до 125 включително;
5. Работни mA до 400 включително;
6. Възможност за програмируеми анатомични протоколи;
7. Автоматика чрез йонизационни камери с три полета и на буки маса, и на вертикален статив;
8. Да бъде конфигуриран с буки маса, подвижна колона с рентгенова тръба и вертикален статив;
9. Да бъде с плаващ плот на масата с безконтактно освобождаване на движението със сензор;
10. Работна инструкция преведена на български език;
11. Гаранционен срок – минимум 12 месеца;
12. Сервизно обслужване – до 24 часа от повикване;
13. Минимум 12 месеца безплатен сервиз след изтичане на гаранционния срок;